

			<ul style="list-style-type: none"> • مائدة لطحن العينات Ball Mill وتكون عد الاماكن التي توضع بها العينات لا تقل عن (2) . • سرعة دوران قرص الجهاز (800) دورة بالدقيقة وسرعة دوران الوعاء (1600) دورة في الدقيقة • وجود خاصية اغلاق أوتوماتيكية للوعاء عند تركيب العينة. (Servo Lock Clamping) • وجود فصل تلقائي للجهاز في حال حدوث خلل إتزان الماكينة، عملية تثبيت أوعية الطحن بشكل التي
		100	كرات طحن حجم (0.1 سم)
		50	كرات طحن حجم (0.5 سم)
		50	كرات طحن حجم (1 سم)
		8	أوعية طحن من ال agate وحجمها (125) ملم ومن الخارج طبقة من الستاتلمن ستول.
		4	حلقات وصل ما بين أوعية الطحن.
			مدة التسليم:

الوزارة غير مسؤولة عن فقدان أو نقص أي من الوثائق بعد استلام دعوة العطاء وتحمل المناقص مسؤولية عدم قيامه بالتدقيق والتأكد من اكتمال الوثائق، تقدم الأسعار بالدينار الأردني شاملة للضريبة العامة على المبيعات والرسوم والضرائب الأخرى وأية عوائد حكومية أو غير حكومية. مع الالتزام بنظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 وتعليمات تنظيم إجراءات المشتريات الحكومية لسنة 2022 ووثائق دعوة العطاء

إرشادات

- ◆ لا يستعمل حبر الطمس
- ◆ تعتمد الأسعار في هذا النموذج
- ◆ يجب ذكر المجموع الكلي للعرض
- ◆ يميز أي تصويب بتوقيع المناقص
- ◆ اسم المناقص :
- ◆ الخاتم والتوقيع :